

## Popis odběru krve do kapiláry a měření pomocí mikroadaptéru MPA



1. Příprava pacienta, odběrová jehla + 20 ul kapilára.



2. Vložení kapiláry s krví do adaptéru MPA.



3. Vložení adaptéru MPA do otvoru MPA v analyzátoru, automatické spuštění analýzy, výsledek do 45 vteřin.